

様式 2

平成 26 年 6 月 10 日

放射性物質分析結果通知書

依頼者 ホテルナチュラルガーデン日光 様

日光ブランド情報発信センター放射線量測定室

平成 26 年 6 月 10 日に依頼のありました農水産物等について分析した結果は、下記のとおりです。

品名	Cs(セシウム) 結果 = (②) + (③) (ベクレル/kg)	Cs-134 測定値 ② (ベクレル/kg)	Cs-137 測定値 ③ (ベクレル/kg)	I(ヨウ素)-131 測定値 (ベクレル/kg)
	一食分	不検出	不検出	不検出

記

※測定器：NaI(Tl)シンチレーション検出器

※測定値が不検出の場合は、機器と測定条件に基づく測定下限値未満であることを示す。

(本検査の測定下限値)

品名：一食分 Cs-134：7.1Bq/kg, Cs-137：6.6Bq/kg, I-131：4.4Bq/kg

品名： Cs-134：Bq/kg, Cs-137：Bq/kg, I-131：Bq/kg

【お問合せ先】

日光ブランド情報発信センター

放射線量測定室

TEL 080-2676-1608